merlin®
SUPERIOR HUMIDIFICATION TECHNOLOGIES

Kalibrierzertifikat
Certificate of Calibration

Gerät | Device type	HM9 WS25
Seriennummer | Serial number	3392

Die Prüfung zu dem Referenzgerät wird unter Laborbedingungen durchgeführt. Die angeführten Werte sind nur unter Laborbedingungen im Bezug zu den verwendeten Referenzmaterialien gültig.
The test for the reference device is carried out under laboratory conditions. The stated values are only valid under laboratory conditions in relation to the reference materials used.

Kalibrierung überprüft in 3 Punkten bei Laborbedingungen (23°C; 50% RH):
Calibration checked in 3 points under laboratory conditions (23°C, 50% RH):

unter Verwendung der Kennlinie: 420 Fichte
by using the calibration curve: 420 Spruce

Test point	7,7%	14,7%	22,3%
in tolerance	✓	✓	✓
tolerance	±0,6%	±0,8%	±1,2%

Kalibrierung überprüft durch \| Calibration checked by:

merlin®
SUPERIOR HUMIDIFICATION

Moritz Dobetsberger

Merlin Technology GmbH, Hannesgrub Süd 10, 4911 Tumeltsham, Austria